

La AEMPS informa sobre la detección de un certificado de marcado CE falso de la empresa Prolinx GmbH

Fecha de publicación: 8 de junio de 2023

Categoría: productos sanitarios, certificado CE falso

Referencia: PS, 27/2023

- **Esta Agencia ha recibido una comunicación de las autoridades sanitarias de Alemania relativa a la detección de un certificado de marcado CE falso**
- **Los productos afectados son tensiómetros, termómetros, succionador, nebulizadores, *doppler* digital a color y audífonos del fabricante Prolinx GmbH**

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha recibido una comunicación de las autoridades sanitarias alemanas relativa a la detección de un certificado de marcado CE falso.

De acuerdo con la información facilitada, se ha detectado un certificado de marcado CE falso con número 0483/N50569-14-7, del organismo notificado alemán MDC Medical Device Certification GmbH, cuyo número de identificación es el 0483 para el fabricante Prolinx GmbH, Alemania, para los productos tensiómetros, termómetros, succionador, nebulizadores, *doppler* digital a color y audífonos. El certificado tiene la fecha de emisión a 8 de diciembre de 2019 y la fecha de caducidad a 2 de julio de 2023.

La AEMPS comunica esta información a efectos de control de mercado.